Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-100

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Certificado ENAC de micropipetas de volumen fijo

Descripción : Emitido por laboratorio acreditado por ENAC en base a ISO 17025. Los certificados ENAC son reconocidos mutuamente por organismos de más de 50 países como COFRAC (Francia) o DKD (Alemania). El procedimiento de calibración contempla la calibración en 1 punto de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 8655 (100% del nominal). El laboratorio emite certificados de calibración de las micropipetas en formato digital. Nota: para certificar una micropipeta es importante indicar en cada pedido a que nombre hay que emitir el certificado. Exclusivo para micropipetas Labbox nuevas, debe solicitarse junto con la micropipeta.Entrega 10 días

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CERM-E01-001	certificado de calibración ENAC, micropipeta volumen fijo (1 volumen, 10 repeticiones)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,01	0,01	49011000	08434868058101

FOTO DEL PRODUCTO



ENAC CALIBRACIÓN Nº 216/LC18.173

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: **14/0000V/1E**
Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages
Formato: ICPEV-01rev.4 07/05/2014

ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.L.
C/ Indústria nº 6, Pol. Ind. La Bòbila
08320 El Masnou (Barcelona)
Telf. /Fax. : 935400348 / 935401639
e-mail: assi@assi.es

ASSI

OBJETO *Item*	**MICROPIPETA VARIABLE**
MARCA *Mark*	**FINNPIPETTE**
MODELO *Model*	**DIGITAL 4500**
IDENTIFICACIÓN *Identification*	**Código: P165** **Nº Serie: V20124**
SOLICITANTE *Applicant*	**ASSI Sistemas e Instrumentación, S.L.** **C/ Industria, nº 6, Pol. Ind. La Bòbila** **08320 El Masnou (Barcelona)**
FECHAS DE CALIBRACIÓN *Date/s of calibration*	**20 de Mayo de 2014**

Signatario/s autorizado/s
Authorised Signatory/ies

Oscar Tomàs Torres
Director Técnico
Technical Manager

Fecha de emisión: **23 de Mayo de 2014**
Date of issue

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.
This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories
Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuinglaboratory and ENAC.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-100

GENERAL INFORMATION

Product name : Calibration certificate for fixed volume micropipettes

Description : Delivered by a laboratory approved by ENAC under ISO 17025 standards, recognized by similar accreditationbodies in 50 countries, such as COFRAC (France), DKD (Germany) or UKAS (UK). The calibration procedure includescalibration at 1 point according to UNE-EN ISO 8655 standards (100% of the nominal volume). The laboratoryissues calibration certificates for the micropipettes in digital format. Note: Company data are mandatory for issuing a certificate. Exclusive for new Labbox micropipettes, must be ordered with the micropipette. Delivery time 10 days

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CERM-E01-001	ENAC certificate for fixed volume micropipettes (1 volume, 10 repetitions)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,01	0,01	49011000	08434868058101

PRODUCT PHOTO



ENAC CALIBRACIÓN Nº 216/LC10.173

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: **14/0000V/IE**
Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages
Formato: ECPUV-01rev.A 07/05/2014

ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.L.
C/ Indústria nº 6, Pol. Ind. La Bòbila
08320 El Masnou (Barcelona)
Telf. /Fax : 935400348 / 935401639
e-mail: assi@assi.es

ASSI

OBJETO *Item*	**MICROPIPETA VARIABLE**
MARCA *Mark*	**FINNPIPETTE**
MODELO *Model*	**DIGITAL 4500**
IDENTIFICACIÓN *Identification*	**Código: P165** **Nº Serie: V20124**
SOLICITANTE *Applicant*	**ASSI Sistemas e Instrumentación, S.L.** **C/ Industria, nº 6, Pol. Ind. La Bòbila** **08320 El Masnou (Barcelona)**
FECHAS DE CALIBRACIÓN *Date/s of calibration*	**20 de Mayo de 2014**

Signatario/s autorizado/s
Authorised Signatory/ies

Oscar Tomàs Torres
Director Técnico
Technical Manager

Fecha de emisión: **23 de Mayo de 2014**
Date of issue

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.
This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories
Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuinglaboratory and ENAC.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-100

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Certificat ENAC pour micropipettes de volume fixe

Description : Délivré par un laboratoire agréé par ENAC selon ISO 17025. Les certificats ENAC sont reconnus par des organismes similaires dans plus de 50 pays comme COFRAC (France) ou DKD (Allemagne). Le procédé de calibrage inclut l'étalonnage en 1 point, selon la norme UNE-EN ISO 8655 (à 100% du volume nominal). Le laboratoire émet le certificat de calibrage en format numérique. Remarque : pour certifier une micropipette, il est nécessaire d'indiquer lors de la commande le nom devant apparaître sur le certificat. Exclusif pour les nouvelles micropipettes Labbox, doit être commandé avec la micropipette. Délai de livraison 10 jours

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CERM-E01-001	certificat ENAC pour micropipettes de volume fixe (1 volume, 10 répétitions)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,01	0,01	49011000	08434868058101

PHOTO PRODUIT



ENAC
CALIBRACIÓN
Nº 216/LC10.173

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: **14/0000V/IE**
Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages
Formato: ECPUV-01rev A 07/05/2014

ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.L.
C/ Indústria nº 6, Pol. Ind. La Bòbila
08320 El Masnou (Barcelona)
Telf. /Fax : 935400348 / 935401639
e-mail: assi@assi.es

ASSI

OBJETO *Item*	**MICROPIPETA VARIABLE**
MARCA *Mark*	**FINNPIPETTE**
MODELO *Model*	**DIGITAL 4500**
IDENTIFICACIÓN *Identification*	**Código: P165** **Nº Serie: V20124**
SOLICITANTE *Applicant*	**ASSI Sistemas e Instrumentación, S.L.** **C/ Industria, nº 6, Pol. Ind. La Bòbila** **08320 El Masnou (Barcelona)**
FECHAS DE CALIBRACIÓN *Date/s of calibration*	**20 de Mayo de 2014**

Signatario/s autorizado/s
Authorised Signatory/ies

Oscar Tomàs Torres
Director Técnico
Technical Manager

Fecha de emisión: **23 de Mayo de 2014**
Date of issue

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.
This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories
Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuinglaboratory and ENAC.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-100

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Certificato ENAC per micropipette a volume fisso

Descrizione : Rilasciato da laboratorio accreditato ENAC conforme a ISO 17025. I certificati ENAC sono reciprocamente riconosciuti dagli organismi di oltre 50 paesi tra cui COFRAC (Francia) e ACCREDIA (Italia). La procedura di taratura prevede la calibrazione a 1 punto in conformità con la norma UNE-EN ISO 8655 (al 100 % del volume nominale). Il laboratorio rilascia certificati di taratura per micropipette in formato digitale. Nota: per certificare una micropipetta è importante indicare in ogni ordine a nome di chi deve essere emesso il certificato. Esclusivo per nuove micropipette Labbox, deve essere ordinato insieme alla micropipetta. Consegna: 10 giorni

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CERM-E01-001	certificato di calibrazione ENAC, micropipetta a volume fisso (1 volume, 10 ripetizioni)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,01	0,01	49011000	08434868058101

FOTO DEL PRODOTTO



ENAC
CALIBRACIÓN
Nº 216/LC18.173

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: **14/0000V/1E**
Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages
Formato: FCPEV-01rev.4 07/05/2014

ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.L.
C/ Indústria nº 6, Pol. Ind. La Bòbila
08320 El Masnou (Barcelona)
Telf. /Fax. : 935400348 / 935401639
e-mail: assi@assi.es

ASSI

OBJETO *Item*	**MICROPIPETA VARIABLE**
MARCA *Mark*	**FINNPIPETTE**
MODELO *Model*	**DIGITAL 4500**
IDENTIFICACIÓN *Identification*	**Código: P165** **Nº Serie: V20124**
SOLICITANTE *Applicant*	**ASSI Sistemas e Instrumentación, S.L.** **C/ Industria, nº 6, Pol. Ind. La Bòbila** **08320 El Masnou (Barcelona)**
FECHAS DE CALIBRACIÓN *Date/s of calibration*	**20 de Mayo de 2014**

Signatario/s autorizado/s
Authorised Signatory/ies

Oscar Tomàs Torres
Director Técnico
Technical Manager

Fecha de emisión: **23 de Mayo de 2014**
Date of issue

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.
This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories
Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuinglaboratory and ENAC.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-100

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ENAC-certificaat voor micropipetten met een vast volume

Beschrijving : Afgegeven door een laboratorium geaccrediteerd door ENAC op basis van de ISO 17025 standaard. ENAC-certificaten worden wederzijds erkend door instanties uit meer dan 50 landen zoals COFRAC (Frankrijk) of DKD (Duitsland). De kalibratieprocedure houdt rekening met de kalibratie op 1 punt in overeenstemming met de UNE-EN ISO 8655-norm (100% van de nominale waarde). Het laboratorium geeft kalibratiecertificaten voor micropipetten uit in digitaal formaat. Let op: om een micropipet te certificeren is het belangrijk om bij elke bestelling aan te geven op welke naam het certificaat moet worden afgegeven. Exclusief voor nieuwe Labbox-micropipetten, certificaat dient samen met de micropipet besteld te worden. Levering 10 dagen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CERM-E01-001	ENAC-kalibratiecertificaat, micropipet vast volume (1 volume, 10 herhalingen)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,01	0,01	49011000	08434868058101

PRODUKTFOTO



ENAC
CALIBRACIÓN
Nº 2165.C10.173

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: **14/0000V/1E**
Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages
Formato: FCPEV-01rev.4 07/05/2014

ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.L.
C/ Indústria nº 6, Pol. Ind. La Bòbila
08320 El Masnou (Barcelona)
Telf. /Fax : 935400348 / 935401639
e-mail: assi@assi.es

ASSI

OBJETO *Item*	**MICROPIPETA VARIABLE**
MARCA *Mark*	**FINNPIPETTE**
MODELO *Model*	**DIGITAL 4500**
IDENTIFICACIÓN *Identification*	**Código: P165** **Nº Serie: V20124**
SOLICITANTE *Applicant*	**ASSI Sistemas e Instrumentación, S.L.** **C/ Industria, nº 6, Pol. Ind. La Bòbila** **08320 El Masnou (Barcelona)**
FECHAS DE CALIBRACIÓN *Date/s of calibration*	**20 de Mayo de 2014**

Signatario/s autorizado/s
Authorised Signatory/ies

Oscar Tomàs Torres
Director Técnico
Technical Manager

Fecha de emisión: **23 de Mayo de 2014**
Date of issue

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.
This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuinglaboratory and ENAC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-100

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ENAC-Zertifikat für Mikroliterpipetten mit fixem Volumen

Beschreibung :

Ausgestellt von Laboren mit Zulassung durch die ENAC ("Nationale Akkreditierungsstelle" in Spanien), auf der Basis von ISO 17025. Die ENAC-Zertifikate werden von Organismen in mehr als 50 Ländern anerkannt, etwa COFRAC (Frankreich) oder DKD (Deutschland). Das Kalibrierverfahren sieht die Kalibrierung an einem Punkt gemäß UNE-EN ISO 8655 vor (100 % des Nominalwerts). Das Labor stellt die Kalibrierungszertifikate von Mikroliterpipetten in digitaler Form aus. Hinweis: Um eine Mikroliterpipette zertifizieren zu lassen, ist es wichtig, bei jeder Bestellung anzugeben, auf welchen Namen das Zertifikat ausgestellt werden soll. Nur für neue Labbox-Mikroliterpipetten, bitte zusammen mit der Mikroliterpipette anfragen. Lieferzeit 10 Tage.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CERM-E01-001	ENAC-Kalibrierungszertifikat, Mikroliterpipetten mit fixem Volumen (1 Volumen, 10 Wiederholungen)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,01	0,01	49011000	08434868058101

PRODUKTFOTO



ENAC
CALIBRACIÓN
Nº 216/LC10.173

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificate of calibration

Número: **14/0000V/1E**
Number

Página 1 de 3 páginas
Page 1 of 3 pages

Formato: FCPEV-01rev.4 07/05/2014

ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.L.
C/ Indústria nº 6, Pol. Ind. La Bòbila
08320 El Masnou (Barcelona)
Telf. /Fax. : 935400348 / 935401639
e-mail: assi@assi.es

ASSI

OBJETO *Item*	**MICROPIPETA VARIABLE**
MARCA *Mark*	**FINNPIPETTE**
MODELO *Model*	**DIGITAL 4500**
IDENTIFICACIÓN *Identification*	**Código: P165** **Nº Serie: V20124**
SOLICITANTE *Applicant*	**ASSI Sistemas e Instrumentación, S.L.** **C/ Industria, nº 6, Pol. Ind. La Bòbila** **08320 El Masnou (Barcelona)**
FECHAS DE CALIBRACIÓN *Date/s of calibration*	**20 de Mayo de 2014**

Signatario/s autorizado/s
Authorised Signatory/ies

Oscar Tomàs Torres
Director Técnico
Technical Manager

Fecha de emisión: **23 de Mayo de 2014**
Date of issue

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurements capability of the

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).
This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuinglaboratory and ENAC.

www.labbox.com